



КБЦ »ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ«  
11000 Београд, Хероја Милана Тепића бр. 1  
Република Србија

ДАТУМ: 22.06.2020.године

БРОЈ: 18-7273

Предмет: Појашњење 2, у вези јавне набавке – Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије Клинике за интерну медицину, бр. 18/20;

Веза: Е-маил захтев понуђача од 19.06.2020.године

Поштовани, у вези појашњења конкурсне документације, у поступку јавне набавке Специфичан медицински потрошни материјал за Одсек интервентне кардиологије Клинике за интерну медицину, бр. 18/20, обавештавамо Вас следеће:

**Питања понуђача:**

У складу са Чланом 63. Став 2 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12, у циљу добијања додатних информација за јавну набавку добара, слободни смо да тражимо разјашњење.

1. Наручилац је у оквиру партије бр. 10 дефинисао добра- Мониторинг сет за инвазивно мерење артеријског притиска. Да ли је приликом испоруке наведених добара потребно испоручити и адекватне каблове за конектовање система са пацијент монитором? Уколико јесте, молимо да сходно Закону о медицинским средствима (Службени гласник РС, бр 30/2010 од 07.05.2010. године) за исте захтевате доказ о Регистрацији у регистар медицинских средстава издат од стране АЛИМС-а (тј. копију Решења АЛИМС-а.). Такође, овим путем молимо наручиоца да дефинише количину интерфејс каблова које је потребно испоручити.

2. Наручилац је при дефинисању техничке документације, дефинисао следећи захтев: „Gabarit testiran“, „са закривљеном иглом у комори“ и „EasyVent вентилом“.

Различити понуђачи поседују различита техничка решења која доприносе једноставном и безбедном коришћењу. Како захтевана техничка решења поседује искључиво један произвођач- исто представља кршење чл. 10 ЗЈН-а, тј. начела обезбедивања конкуренције.

Из свега наведеног, овим путем молимо наручиоца да ради обезбеђивања конкуренције у поступку јавне набавке, наведени захтев измени тако да исти гласи: „са техничким решењем које обезбеђује безбедни мониторинг инвазивног крвног притиска“

Молимо Вас да у складу са Чланом 63. Став 3 Закона о јавним набавкама Републике Србије Службени гласник број 124/12, одговорите на постављено питање.

**Одговори Наручиоца:**

1. Тражени сет има црево за повезивање пацијента и монитора у којем је већ интегрисан и кабл за повезивање система.

Уколико се мисли на трећи кабл који овај сет повезује на систем исти нам није потребан, јер је већ обезбеђен.

2. Наручилац ће у складу са питањем извршити измену конкурсне документације.

Комисија за јавну набавку